

Bá Thước, ngày 01 tháng 11 năm 2024

Số: 23/TM-BVBT

V/v mời chào thiết bị, dụng cụ đo thị lực mắt tháng 11/2024 tại Bệnh viện đa khoa huyện Bá Thước.

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa huyện Bá Thước đang có nhu cầu tham khảo giá để xây dựng dự toán và kế hoạch mua thiết bị, dụng cụ đo thị lực mắt tháng 11/2024 phục vụ công tác chuyên môn tại Bệnh viện.

Thông báo này được đăng tải trên trang web chính thức của Bệnh viện đa khoa huyện Bá Thước tại địa chỉ website: benhvienbathuoc.vn với các nội dung như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá.

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa huyện Bá Thước,

Địa chỉ: Bệnh viện đa khoa huyện Bá Thước, phố 2, TT Cảnh Nang, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa (số điện thoại: 02373880506).

2. Thông tin liên hệ người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Bà: Trương Thị Hiếu – Phòng Văn Thư - Bệnh viện đa khoa huyện Bá Thước.

- Điện thoại: 0986105445 Gmail: benhvienbathuoc@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Qua Gmail: benhvienbathuoc@gmail.com hoặc Tiếp nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Văn Thư - Bệnh viện đa khoa huyện Bá Thước, phố 2, thị trấn Cảnh Nang, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h00 ngày 01 tháng 11 năm 2024 đến 08h00 ngày 10 tháng 11 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời gian có hiệu lực báo giá: tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 31 tháng 10 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục (Theo phụ lục danh mục hàng hóa kèm theo)

2. Địa điểm cung cấp: Bệnh viện đa khoa huyện Bá Thước, địa chỉ: Bệnh viện đa khoa huyện Bá Thước, phố 2, thị trấn Cảnh Nang, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng

Dự kiến về các khoản tạm ứng thanh toán hợp đồng: thanh toán trong vòng 90 ngày kể từ khi nhận đầy đủ hóa đơn, chứng từ.

(Đơn giá trong báo giá đã bao gồm thuế GTGT và chi phí vận chuyển)


Rất mong sự hồi đáp của Quý công ty, xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các nhà thầu;

- Lưu: VT, KD.





DANH MỤC HÀNG HÓA MỜI BÁO GIÁ

(Kèm theo Thư mời số: 881 /TM-BVBT ngày 01 tháng 11 năm 2024 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Bá Thước)

STT	TÊN VẬT TƯ	ĐVT	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn	Số lượng
1	Đèn soi đáy mắt	Cái	<ul style="list-style-type: none">• Đèn khám mắt cải tiến dạng bỏ túi- Cân bằng khúc xạ: +20 bis -20D ($\pm 1\ 2\ 3\ 4\ 6\ 8\ 10\ 15\ 20\ D$), Có 5 vòng khẩu độ: tròn lớn, tròn nhỏ, bán nguyệt, sao và bộ lọc xanh lá.• Nguồn sáng: LED- Có thể điều chỉnh độ sáng để nguồn sáng không bị lóa, Tự động tắt sau 3 phút, Tuổi thọ của bóng LEDs: khoảng 50.000 giờ nếu vận hành bằng nguồn điện ổn định, Nhiệt độ màu: khoảng 4.200 K, Đầu đèn được thiết kế tối ưu nhất. Cán tay cầm cấu tạo bởi 2 phần (nhôm/sợi thủy tinh gia cố). Có nút On/OFF, Cán tay cầm sử dụng pin sạc AAA Cấu hình chuẩn: 01 Đèn chính, 01 Cán sạc, 01 Tài liệu HDSD	01
2	Hộp kính thử thị lực (266 chi tiết)	Bộ	<p>* Đặc điểm chính: Viên kính phía ngoài được làm bằng nhựa, đơn giản và dễ sử dụng, Các chỉ số độ ở vị trí cầm tay của mỗi mặt kính sử dụng kỹ thuật khắc rõ nên cho độ bền lâu và kéo dài tuổi thọ, Các tròng kính được làm bằng thủy tinh chất lượng cao theo tiêu chuẩn về thị lực quốc gia, Các thấu kính trụ được cắt đồng trục, Đường kính của mắt kính: 25mm Đường kính của viên mắt kính: 38mm, Gọng kính có thể điều chỉnh được</p> <p>* Cấu hình bao gồm: 40 cặp kính cầu âm: 0.25 – 20.00; 40 cặp kính cầu dương: 0.25 – 20.00; 20 cặp kính trụ đơn âm: 0.25 – 6.00; 20 cặp kính trụ đơn dương: 0.25 – 6.00; 12 Lăng kính: 0.50 – 10.00; 16 Mặt kính hỗ trợ các loại; 01 Gọng kính có điều chỉnh; 01 Valý đựng kính.</p>	01
3	Bảng đo thị lực màu	Cái	<ul style="list-style-type: none">• Điện thế: 220V AC; Khoảng cách đọc: 5m; Nguồn: 220V; 0,2A; Kích thước 26cm x 62cm; Hình màu; Lỗ treo tường; Dây nguồn: 1m8 – 2m; Vỏ đèn bằng inox; Nhãn hiệu TNE khắc nổi	01
Tổng cộng : 03 khoản				